


如何設定 QC 系統各項報表抬頭

- 一、說明:QC 系統相關表單標題名稱(抬頭)或 TAF 文件 title 設定
- 二、以下步驟是針對「QC 相關表單標題名稱(抬頭)或 TAF 文件 title」設定步驟說明

1. 從「10. 系統設定→10.9 代碼文件維護」進入，選擇「報告參數(Report Setting)→90:ISO 表單」。



2. 進入後畫面如下

代碼明細 (Basic Match Detail)

90 90:ISO表單

代碼: 確定

代碼名稱:

代碼清單 17

F	Enable	TAG	Code	CodeName	Remark
☒	Enabled		01	品管異常處理表	
☒	Enabled		02	常規檢體數據比對	
☒	Enabled		03	試劑批號更換平測記錄	
☒	Enabled		04	品管液批號更換	
☒	Enabled		05	總結報表	
☒	Enabled		06	合格率/違常率	
☒	Enabled		07	品質管制範圍修正表	
☒	Enabled		08	試劑到貨允收	
☒	Enabled		09	品管(定量)L-J Chart	
☒	Enabled		10	品管(半定量)L-J Chart	
☒	Enabled		100	TAF Reject Reason	
☒	Enabled		11	品管(定性)L-J Chart	
☒	Enabled		12	品管總結報表(定量)	
☒	Enabled		13	品管總結報表(半定量)	

☐ v1.0.9 ☐ EBS Code

導入 匯出 保存 清除 退出

3. 選擇欲修改的表單點擊進入細項目清單後，雙擊項目，可以修改「參照名稱」，修改後點擊【保存】即可。

分組代碼明細 Basic_class_detail

9001 品管異常處理表

代碼: 參照代: ☐ 檢查有效性

代碼名稱: 參照名稱: 確定

細項目清單 3

F	啟用	代碼	名稱	參照代碼	參照名稱
☒	Enabled	01	TAF異常表	00	精液結核
☒	Enabled	02	表單次標題	00	異常處理表單-01
☒	Enabled	03	表單主標題	00	精液結核

備註: 更新備註

☐ Debug

導入 匯出 保存 重設 清除 退出

v1.0.6 2021/02/21 w_basic_class_detail